

AD000033

Dokumentation • Prüfprotokoll

Dokumentation Druck, DAkkS-Kalibrierung für DW5x, 600bar, Relativdruck, Rückführbar und akkreditiert nach ISO 17025



- / 3 Messreihen mit je 9 Messpunkten
- / Dokumentation in deutsch und englisch

Weltweite Anerkennung des Kalibrierzertifikats Zur Sicherstellung einer gleichbleibenden Produktqualität

Eine DAkkS-Kalibrierung ist der hochpräzise und international anerkannte Vergleich von Messgeräten mit genormten Standards. Sie wird ausschließlich von staatlich überwachten und akkreditierten Laboren nach der Norm DIN EN ISO/IEC 17025 durchgeführt. Das Verfahren dokumentiert exakt die jeweilige Messunsicherheit. Der Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rückführbarkeit auf nationale Normen zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit internationalen Einheitsystemen (SI).

Das Kalibrierzertifikat kann nur in Verbindung mit einem Gerät bestellt werden. Das Gerät wird zusammen mit dem entsprechenden Kalibrierzertifikat ausgeliefert. Das Kalibrierzertifikat ist zweisprachig (deutsch / englisch)

Klassifizierung

ETIM 8

Weiteres

IPF Produktgruppe	731 Sondergeräte (diverse)
Verpackungsmaße	
Bruttogewicht	
Zolltarifnummer	90269000
WEEE-Nummer	40951076
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

Wichtige Hinweise

- / Das Kalibrierzertifikat muss in Verbindung mit einem Sensor bestellt werden. Ausgeliefert wird der entsprechende Sensor mit dem Kalibrierzertifikat. Das Kalibrierzertifikat ist zweisprachig (deutsch/englisch).



Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!



Entsorgung

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG: 40951076

Sicherheitshinweise

- / Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.
- / Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.