

AD000033

Documentation • Protocole de contrôle

Documentation relative à la pression, étalonnage DAkkS pour DW5x, 600 bars, pression relative, traçable et accrédité selon la norme ISO 17025



- / 3 séries de mesures comprenant chacune 9 points de mesure
- / Documentation en allemand et en anglais

Reconnaissance mondiale du certificat d'étalonnage Afin de garantir une qualité constante des produits

Un étalonnage DAkkS consiste en une comparaison ultraprécise et reconnue au niveau international d'instruments de mesure avec des étalons normalisés. Il est réalisé exclusivement par des laboratoires soumis à un contrôle étatique et accrédités conformément à la norme DIN EN ISO/IEC 17025. Cette procédure permet de documenter avec exactitude l'incertitude de mesure correspondante. Le certificat d'étalonnage atteste de la traçabilité métrologique par rapport aux normes nationales relatives à la représentation des unités, conformément au Système international d'unités (SI).

Le certificat d'étalonnage ne peut être commandé qu'en association avec un appareil. L'appareil est livré accompagné du certificat d'étalonnage correspondant. Le certificat d'étalonnage est rédigé en deux langues (allemand / anglais).

Classification

ETIM 8

Autre

Groupe de produits IPF	731 Dispositifs spéciaux (divers)
Dimensions de l'emballage	
Poids brut	
Numéro de tarif douanier	90269000
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Remarques importantes

- / Le certificat d'étalonnage doit être commandé en même temps qu'un capteur. Le capteur correspondant est livré avec le certificat d'étalonnage. Le certificat d'étalonnage est bilingue (allemand/anglais).



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

- / Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.
- / En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.