

AD000033

文档 • 测试报告

技术文件：压力，DW5x的DAkks校准，600巴，相对压力，可追溯，并符合ISO 17025标准认证



- / 3组测量数据，每组包含9个测量点
- / 德语和英语版本的文档

校准证书的全球认可度
为确保产品品质始终如一

DAkks校准是指将测量仪器与标准化标准物进行高精度且国际公认的比对。该校准工作仅由受国家监管并经认证的实验室依据DIN EN ISO/IEC 17025标准执行。该过程会精确记录相应的测量不确定度。校准证书记录了测量结果可追溯至国家标准，以符合国际单位制 (SI) 的单位表示形式。

校准证书只能与仪器一并订购。仪器将与相应的校准证书一同交付。校准证书为双语版本 (德语/英语) 。

种类

ETIM 8

更多

IPF产品组	731 特殊设备 (其他)
包装尺寸	
总重量	
海关税号	90269000
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

重要说明

- / 校准证书必须与传感器一同订购。相应的传感器将随校准证书一同交付。校准证书为双语版本 (德语/英语) 。



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号：40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。