

AD000034

Dokumentace • Protokol o zkoušce

Dokumentace tlaku, kalibrace DAkKS pro DW5x ≤ 400 bar, absolutní tlak, výsledovatelná a akreditovaná podle normy ISO 17025

- / 3 sady měření, z nichž každá obsahuje 9 měřicích bodů
- / Dokumentace v němčině a angličtině



Celosvětová platnost kalibračního certifikátu Aby byla zajištěna stálá kvalita výrobků

Kalibrace DAkKS je vysoce přesné a mezinárodně uznávané porovnání měřicích přístrojů s certifikovanými etalony. Provádějí ji výhradně laboratoře podléhající státnímu dohledu a akreditované v souladu s normou DIN EN ISO/IEC 17025. Tento postup přesně dokumentuje příslušnou nejistotu měření. Kalibrační certifikát dokládá metrologickou výsledovatelnost k národním etalonům pro vyjádření jednotek v souladu s mezinárodní soustavou jednotek (SI).

Kalibrační certifikát lze objednat pouze společně s přístrojem. Přístroj je dodáván společně s příslušným kalibračním certifikátem. Kalibrační certifikát je dvojjazyčný (němčina/angličtina).

Klasifikace

ETIM 8

Další

Skupina produktů IPF	731 Speciální zařízení (různá)
Rozměry balení	
Hrubá váha	
Číslo zboží	90269000
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Důležité poznámky

- / Kalibrační certifikát je nutné objednat společně se snímačem. Příslušný snímač je dodáván spolu s kalibračním certifikátem. Kalibrační certifikát je dvojjazyčný (němčina/angličtina).



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.