

AD000034

文档 • 测试报告

压力检测报告, DW5x ( ≤400巴 ) 的DAkks校准, 绝对压力, 可追溯, 并符合ISO 17025标准认证



- / 3组测量数据, 每组包含9个测量点
- / 德语和英语版本的文档

校准证书的全球认可度  
为确保产品品质始终如一

DAkks校准是指将测量仪器与标准化标准物进行高精度且国际公认的比对。该校准工作仅由受国家监管并经认证的实验室依据DIN EN ISO/IEC 17025标准执行。该过程会精确记录相应的测量不确定度。校准证书记录了测量结果可追溯至国家标准, 以符合国际单位制 ( SI ) 的单位表示形式。

校准证书只能与仪器一并订购。仪器将与相应的校准证书一同交付。校准证书为双语版本 ( 德语/英语 ) 。

种类

ETIM 8

更多

|          |                 |
|----------|-----------------|
| IPF产品组   | 731 特殊设备 ( 其他 ) |
| 包装尺寸     |                 |
| 总重量      |                 |
| 海关税号     | 90269000        |
| WEEE编号   | 40951076        |
| 适应性强     | 是               |
| 符合RoHS标准 | 是               |

重要说明

- / 校准证书必须与传感器一同订购。相应的传感器将随校准证书一同交付。校准证书为双语版本 ( 德语/英语 ) 。



安装  
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE  
编号 : 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。