

AD000035

Dokumentacja • Raport z testów

Dokumentacja dotycząca ciśnienia, kalibracja DAkKS dla DW5x, 600 barów, ciśnienie bezwzględne, z możliwością śledzenia i akredytowana zgodnie z normą ISO 17025

- / 3 serie pomiarów, każda obejmująca 9 punktów pomiarowych
- / Dokumentacja w języku niemieckim i angielskim



Uznanie certyfikatu kalibracji na całym świecie W celu zapewnienia stałej jakości produktów

Kalibracja DAkKS to wysoce precyzyjne i uznane na arenie międzynarodowej porównanie przyrządów pomiarowych z wzorcami normowanymi. Jest ona przeprowadzana wyłącznie przez laboratoria podlegające nadzorowi państwowemu i akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025. Procedura ta dokładnie dokumentuje daną niepewność pomiaru. Certyfikat kalibracji dokumentuje metrologiczną powtarzalność w odniesieniu do norm krajowych dotyczących przedstawiania jednostek zgodnie z międzynarodowymi systemami jednostek (SI).

Certyfikat kalibracji można zamówić wyłącznie w połączeniu z urządzeniem. Urządzenie jest dostarczane wraz z odpowiednim certyfikatem kalibracji. Certyfikat kalibracji jest dwujęzyczny (niemiecki / angielski).

Klasyfikacja

ETIM 8

Więcej informacji

Grupa produktów IPF	731 Urządzenia specjalne (różne)
Wymiary opakowania	
Masa brutto	
Numer taryfy celnej	90269000
Numer WEEE	40951076
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Ważne uwagi

- / Certyfikat kalibracji należy zamówić wraz z czujnikiem. Odpowiedni czujnik jest dostarczany wraz z certyfikatem kalibracji. Certyfikat kalibracji jest dwujęzyczny (niemiecki/angielski).



Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

- / Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.
- / Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.