

AT000010

Akcesoria • Punkt rosy

Akcesoria, komora pomiarowa dla czujnika punktu rosy, suszarka granulatu, zakres ciśnienia -1...16bar, przyłącze wciskane 6mm



Komora pomiarowa dla czujnika punktu rosy YT900001/2

Właściwości elektryczne

Zakres pomiaru ciśnienia	-1 - 16 pasek
--------------------------	---------------

Właściwości mechaniczne

Projekt przyłącza procesowego A	Schlauch AD 6mm
Konstrukcja przyłącza procesowego B	Schlauch AD 6mm

Klasyfikacja

ETIM 8

Więcej informacji

Grupa produktów IPF	725 Pomiar sprężonego powietrza / wycieków
Wymiary opakowania	
Masa brutto	
Numer taryfy celnej	90259000
Numer WEEE	40951076
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Ważne uwagi

! Die Durchströmung von mind. 2 Liter/min Luft/Gas ist bauseits sicherzustellen



Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

- /** Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.
- /** Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.