

Quick Reference/ Kurzanleitung

Scope of Supply/ Lieferumfang



- IR App Connector cable with Micro-USB plug and adapter for USB-C- and USB-A/ IR App Connector-Kabel mit Micro-USB-Stecker und USB-C- und USB-A-Adaptern



Installation


Please connect each wire of the IR App Connector cable with the same colored wire of the sensor cable by using the terminal block. Use a screwdriver to press on the individual contacts as shown to release a contact.

Verbinden Sie bitte jede Ader des IR App Connector-Kabels mit der gleichfarbigen Ader des Sensorkabels mit Hilfe des Klemmblocks. Drücken Sie mit einem Schraubendreher auf die einzelnen Kontakte wie abgebildet, um einen Kontakt zu lösen.



Download the IRmobile App for free from the Google Play Store. A QR code is located on the back of the terminal block. The app works on most Android (5.0 or higher) devices with a micro USB or USB-C port that supports USB OTG (On The Go). Connect the IR App Connector cable to your Android smartphone. Start the app and the temperature measurement can begin. The device is powered by the smartphone. The connector cable can be also used for the connection to your PC in combination with the software CompactConnect which can be downloaded for free under <https://www.optris.global/downloads-software/>.

Laden Sie sich kostenlos die IRmobile App aus dem Google Play Store herunter. Ein QR Code befindet sich auf der Rückseite des Klemmblocks. Die App funktioniert auf den meisten Android-Geräten (5.0 oder höher) mit einem Micro-USB- oder USB-C-Anschluss, der USB-OTG (On The Go) unterstützt. Verbinden Sie das IR App Connector-Kabel mit Ihrem Android Smartphone. Starten Sie die App und die Temperaturmessung kann beginnen. Das Gerät wird vom Smartphone mit Spannung versorgt. Das Connector-Kabel kann auch für den Anschluss an einen PC mit der Software CompactConnect betrieben werden, welches Sie gratis unter <https://www.optris.de/downloads-software> herunterladen können.



EG-Konformitätserklärung / EU Declaration

Das Produkt entspricht den Anforderungen der EMV-Richtlinie **2014/30/EU** und der allgemeinen Produktsicherheits-richtlinie **2001/95/EG** / The product meets the provisions of the EMC Directive **2014/30/EU** and the General Product Safety Directive **2001/95/EC**.

EMV Anforderungen / EMC General Requirements:

EN 61326-1:2013 (Grundlegende Prüfanforderungen / Basic requirements)

EN 61326-2-3:2013

Gerätesicherheit von Messgeräten / Safety of measurement devices:

EN 61010-1:2010

Dieses Produkt erfüllt die Vorschriften der Richtlinie **2015/863/EU** (RoHS) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juni 2015 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

This product is in conformity with Directive **2015/863/EU** (RoHS) of the European Parliament and of the Council of 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

